

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员 信息	姓名: 杨小琴	
	职称: 主任技师	
	工作单位: 山西省肿瘤医院	
项目 信息	项目名称: 山西中医药大学附属医院 Azurion 7 M20 医用血管造影 X 射线系统软件购置项目	
	供应商名称: 中仪医疗器械有限公司	
专业人员 论证意见	医用血管造影 X 射线系统、智能蒙片及动态三维路线图的功能模块均为设备的原厂软件。 医院即将开展的神经介入手术, 目前的三维路线图功能无法满足手术功能需增加三维路线图软件功能和智能蒙片软件; 同时神经外科在放置弹簧圈及做动态血管畸形栓塞时能更好的看清楚栓塞肢体血流情况及弹簧圈在血管内的状态, 还需同时观察透视图像, 参考实际解剖位置, 双透视则是必要的高级临床应用功能软件。 以上三款功能软件都是术中实时应用且只有设备原厂软件才能与设备完好对接, 因此需从原厂购置。 根据政府采购法第三十一条之规定只能从唯一供应商采购, 同意采用单一来源的方式采购以上软件, 从中仪医疗器械有限公司采购。	
专业人员 签字	杨小琴	日期: 2022 年 10 月 14 日

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员 信息	姓名: 王加殷
	职称: 高级工程师
	工作单位: 山西省第二人民医院
项目 信息	项目名称: 山西中医药大学附属医院 Azurion 7 M20 医用血管造影 X 射线系统软件购置项目
	供应商名称: 中仪医疗器械有限公司
专业人员 论证意见	拟采购的血管机系统软件, 是用于飞利浦 Azurion 7 M20 血管造影 X 射线系统主机的。因为飞利浦 Azurion 7 M20 血管机, 有它自身硬件的专利技术, 量子捕捉效率 DEQ 使得剂量最小, 另外本身球管 6.2M 的球管容量和栅控专利技术, 使得射线剂量最小与图像密度分辨率最大, 达到两者完美统一。因此, 其本身的软件系统高度符合本身的硬件系统, 也就选它, 该软件系统具有唯一性。故同意采用单一来源方式采购该软件。
专业人员 签字	王加殷 日期: 2022 年 10 月 14 日

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员 信息	姓名: 张耀	
	职称: 主治医师	
	工作单位: 山西医科大学第二医院	
项目 信息	项目名称: 山西中医药大学附属医院 Azurion 7 M20 医用血管造影 X 射线系统软件购置项目	
	供应商名称: 中仪医疗器械有限公司	
专业人员 论证意见	目前血管造影机当属飞利浦公司生产的, 该公司生产的 Azurion 7 M20 型血管机是超高端大平板机, 是在传统 DSA 的基础上, 操作更智能更安全, 在平台先进性、硬件参数、剂量安全性等方面是业界最佳水平, 其配套软件是其它任何厂家软件无可替代的, 只有其自身软件的辅助, 才能实现设备具有的各种功能及治疗手段, 因此, 对于配套软件只能选择飞利浦原厂软件, 同意单一来源采购。	
专业人员 签字	张耀	日期: 2022 年 10 月 14 日